

EPI-WET, STATIONAIRE PLASWEKKER

Epilepsieaanvallen waarbij bedwateren, overmatig transpireren of vomeren optreedt kunnen met het Epi-Wet vochtalarm geregistreerd worden.

De Epi-Wet zendt een alarmsignaal aan de verzorger of nachtwacht. De registratie van het vocht geschiedt met een sensorlaken met ingenaaide voeldraden

Hoewel de Epi-Wet ontwikkeld is voor alarmering bij vochtverlies door epilepsie, is het apparaat uiteraard ook geschikt voor alarmering bij vochtverlies door bijvoorbeeld incontinentie personen.



Voordelen:

- Eenvoudig en veilig in gebruik;
- Efficiënte behandeling;
- Zonder risico's;
- Extra alarmbel kan geïnstalleerd worden voor ouders of verzorgers om de behandeling te volgen.

Werking:

De speciale mat met sensordraden registreert het vocht-/urineverlies. Hierop alarmeert het apparaat, zodat de gebruiker van het bed wakker wordt en geattendeerd wordt op het onvrijwillige vochtverlies.

In geval van incontinentie is hiermee de behandeling tegen bedplassen begonnen. Belangrijk hierbij is geduldig te zijn.

Bij epilepsie zijn er, afhankelijk van de situatie, diverse opties voor het bekend maken van een alarm.

Pager / pieper

Vooraf in een thuissituatie is een pager of pieper geschikt om alarm te maken. De pager is te gebruiken tot ongeveer 25 meter van de Epi-Wet. Als de Epi-Wet alarm maakt, geeft deze een signaal naar de pager. De pager waarschuwt de drager, waarna hij/zij assistentie kan verlenen.

Dialer / alarmtelefoon naar vaste, Dect of mobiele telefoon

Als de huisgenoot of verzorger van de epilepticus buitenshuis bereikbaar wil zijn in geval van een alarm, dan is het gebruik van de dialer of alarmtelefoon de meest geschikte optie. In het geval er een toeval met vochtverlies is, maakt de Epi-Wet alarm. Dit alarm wordt doorgegeven aan de alarmtelefoon. Deze kiest vervolgens het ingegeven nummer en geeft een tekstbericht door, waarin melding wordt gemaakt van de toeval.

Het is ook mogelijk de oproep via de onbemande meldcentrale TeleVagt te laten versturen. In dat geval kan de oproep naar verschillende nummers verstuurd worden. Als op het eerste nummer geen reactie komt, wordt het volgende nummer gekozen, en zo verder. Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden is ook mogelijk. Voor meer informatie over deze optie kunt u contact met ons opnemen.

Zusteroproepsysteem

In instellingen is in de meeste gevallen een zusteroproepsysteem aanwezig. De Epi-Wet kan direct aangesloten worden op het zusteroproepsysteem. Bij een alarm maakt de Epi-Wet een contact (maak- of breek-), waarna afhandeling volgens de instellingsprotocollen kan plaatsvinden.



Om onnodig alarmeren te voorkomen, is het mogelijk in te stellen hoeveel vocht verloren moet worden voor gealarmeerd wordt.

Het alarm is een efficiënt en veilig hulpmiddel om onvrijwillig vocht-/urineverlies op te merken en de gebruiker te waarschuwen. De Epi-Wet is uitstekend geschikt voor kinderen en volwassenen, zowel thuis als in instellingen en ziekenhuizen. Het apparaat is CE-gemarkeerd.

Sensor mat: Flanellen mat

Een 100% katoenen mat, 140 x 70 cm met een sensor oppervlakte van 70 x 70 cm.

Afhankelijk van de intensiviteit waarin de mat gebruikt en gewassen wordt, zal de mat met enige regelmaat vervangen moeten worden. De adviestermijn van de fabrikant is 3 maanden. In de praktijk blijkt de mat na 6-8 maanden aan vervanging toe te zijn.

Bevestiging:

De alarmkabel is voorzien van twee buttons die op de mat geknepen kunnen worden.

Alarm:

Stel de gevoeligheid in, met andere woorden de hoeveelheid vocht/urine die nodig is om het alarm te activeren, zodat onnodig alarm door zweten wordt voorkomen.

Stel het volume naar wens in.

Instellingen:

Volume – oneindig variabel volume

Gevoeligheid – hoeveelheid vocht/urine die nodig is om het alarm te activeren

Volume:

Oneindig, volume eenvoudig in te stellen

Volume max 70 Db.

Gevoeligheid:

H = Hoog

L = Laag

Positie wordt getoond door lichtindicator

Voeding:

Inclusief adapter voor lichtnet

12V max 50 mA DC.

Lichtindicator voor functie:

Groen licht: het apparaat is gereed voor gebruik

Rood licht: het apparaat heeft een alarmstatus

Uitgang:

RJ-45 Modulaire uitgang voor aanvullend alarm (zoals QuoVadis zorgcommunicatie of andere zusteroproep systemen).

Artikelnummer:

CUC-EPIWET-	Epilepsie vocht alarm zonder signaalgever
CUC-EPIWET-FLAN JEN-CL-ANNA	Epilepsie vocht mat FLANEL Alarmtelf. aanp. Anna, incl. TX4 zender
OMI-PAGER-400-1	Pager draadloos 400 RJ set

Let op:

Na ieder vocht-/urineverlies de mat wassen. Dit kan met de hand met handwasmiddel. Wassen in de wasmachine zonder wasmiddel en niet warmer dan 40°C. Geen wasverzachter gebruiken. Niet centrifugereren of in de wasdroger.